

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 363/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1415

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์จี้ ดูด ล้างทำความสะอาดภายในช่องท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง
(Suction & Irrigation for Endoscope)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับดูดน้ำ เข้า-ออก เพื่อล้างทำความสะอาดภายในช่องท้องหรือจี้ไฟฟ้าในการผ่าตัดด้วยกล้อง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นท่อสำหรับดูดน้ำ เข้า-ออก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 mm.

1.2.2 ส่วนด้ามจะมีตัวควบคุมการปล่อยน้ำเข้าและดูดน้ำออก โดยต้องมีปุ่มกดสำหรับควบคุมการปล่อยน้ำเข้า 1 ปุ่ม และปุ่มกดสำหรับควบคุมการดูดน้ำออก 1 ปุ่ม

1.2.3 มีส่วนต่อสายยางสำหรับต่อน้ำเข้า 1 สาย และน้ำออก 1 สาย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีแบบที่ใช้ดูดล้างอย่างเดียว หรือแบบจี้และดูดล้างให้เลือก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 มีหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 มีทั้งชนิดใช้ครั้งเดียว และชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 ชนิดใช้ครั้งเดียว บรรจุซองละ 1 ชิ้น ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์
(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้