

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 313/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3314

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยายึดชิ้นงานทันตกรรมกับพอร์ซเลน  
(Adhesive Primer for Porcelain )

หน่วยนับ ขวด/ชุด/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับทาที่ผิวพอร์ซเลนหรือเซรามิก เพื่อช่วยยึดชิ้นงานทางทันตกรรมให้ติดแน่น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค มีส่วนประกอบหลักคือ Silane Coupling Agent ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการยึดติดระหว่างผิวพอร์ซเลนหรือเซรามิกกับชิ้นงานทันตกรรม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ มีลักษณะเป็นของเหลว บรรจุในขวดหรือในภาชนะที่เหมาะสม มีให้เลือกใช้ดังนี้

1.3.1 ชนิด 1 ขวด

1.3.2 ชนิดที่มีมากกว่า 1 ขวด ซึ่งต้องใช้งานร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์ผสม

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ในการจัดหาแต่ละครั้งอาจระบุเป็นชุดหรือเฉพาะส่วนประกอบในชุดตามความต้องการใช้งาน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล หรือ ISO หรือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. .... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ. .... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง .... ทันตแพทย์ รพ.ร.6

( ไศภิชฐ์สุตา วีรภักติ ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

31 มี.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/ ๔๖๖ ลง ๔ มี.ค.๕๔