

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 607/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-247-1251

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ขยายคลองรากฟันแบบใช้เครื่องมือ (Rotary Nickel-Titanium Files)

หน่วยนับ อัน/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ขยายคลองรากฟันในงานรักษารากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ส่วนใช้งานทำด้วยโลหะนิเกิล-ไทเทเนียม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แบ่งเป็นส่วนด้ามสำหรับใช้กับด้ามกรอฟันความเร็วต่ำแบบหักมุม (Contra angle micromotor handpiece) และส่วนใช้งาน

1.3.2 ส่วนด้ามมีแถบสีบอกขนาด และแผ่นยางสีเดียวกับแถบสีกำกับอยู่มองเห็นได้ชัดเจน

1.3.3 ส่วนที่ใช้งานในคลองรากฟันมีลักษณะเป็นเกลียวมีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยมให้เลือกในการใช้งาน

1.3.4 มีขนาดความยาวและเปอร์เซ็นต์ความเร็วหลายระดับให้เลือกในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ขนาดความยาว และเปอร์เซ็นต์ความเร็วจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง ตามความต้องการของทางราชการ

3.3 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ และวันผลิตของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ชลศักดิ์ เจียสกุล
(ชลศักดิ์ เจียสกุล)

รอง ผอ.กทพ.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/932 ลง 10 ต.ค.48

6 ต.ค.2548