

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 095/57 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-3975

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์หาตำแหน่งคลองรากฟัน  
(C-Files)

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้หาตำแหน่งช่องทางเข้าคลองรากฟันในกรณีรากฟันเล็กหรือตีบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนใช้งานทำด้วยโลหะปลอดสนิมชนิด Stainless Steel ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนแบบพิเศษ มีความแข็งแรงทนทาน สามารถผ่านเข้าไปในคลองรากฟันที่เล็กหรือตีบโดยไม่หักงอ

1.2.2 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งด้วยความร้อนภายใต้แรงดันไอน้ำ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 แบ่งเป็นส่วนด้ามจับและส่วนใช้งาน

1.3.2 ส่วนด้ามจับ มีสีและตัวเลขบอกขนาดกำกับอยู่

1.3.3 ส่วนที่ใช้ทำงานในคลองรากฟัน มีลักษณะเป็นเกลียว มีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีขนาดและความยาวต่างๆให้เลือกใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาด และความยาวของอุปกรณ์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง.....ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( ไศภิชร์สุตา วีรจิตติ )

20 พ.ย. 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/.....ลง 21 พ.ย. 56