

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ. ที่ 870/43

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-249-3355  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แบเรียมซัลเฟต สำหรับการตรวจทางรังสีกรรม (Barium sulphate)  
หน่วยนับ กระป๋อง, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 มีลักษณะเป็นของเหลวหรือผงสามารถรับประทาน หรือสวนเข้าทางทวารหนักได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- 1.1.2 มี barium sulphate ไม่น้อยกว่า 96 %
- 1.1.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้เป็นสารทึบรังสีในการถ่ายภาพระบบทางเดินอาหาร

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ  
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ  
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต. บัญชา มนูญญา นายทหารพยาบาล ร.พ.ร.6/กรรมการ  
(บัญชา มนูญญา)

15 / ศ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/ 522 ลง 15 ศ.ค.43