

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 246/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3731

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวกรอกากเพชรสำหรับงานทางทันตกรรม
(Diamond Burs for Dental Use)

หน่วยนับ หัว/ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับงานกรอ ตกแต่ง และบูรณะฟันของงานทันตกรรมทั่วไป และงานทันตกรรมสาขาเฉพาะทาง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนหัวกรอกทำจากกากเพชรธรรมชาติ หรือกากเพชรคุณภาพดี ที่นำมาบดละเอียดแล้วคัดขนาด

1.2.2 ส่วนก้านทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีตามมาตรฐานของการทำให้ปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนหัวมีหลายรูปร่างและหลายขนาดให้เลือก

1.3.2 กากเพชรที่ส่วนหัวมีความละเอียดตั้งแต่ 4 ไมครอนขึ้นไป มีแถบสีคาดที่ก้านแสดงความละเอียดของกากเพชรหรือไม่มีแถบสีเลยก็ได้

1.3.3 มีให้เลือก 3 ชนิด ตามลักษณะของการใช้งานกับด้ามกรอคือใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง, ด้ามกรอความเร็วต่ำ และด้ามกรอชนิดตรง

1.3.4 มีทั้งแบบข้อแยกหัวและแบบชุด สำหรับแบบชุดมีให้เลือกดังนี้

1.3.4.1 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับกรอตกแต่งวัสดุอุดฟันชนิดคอมโพสิตเรซินใช้งานทันตกรรมหัตถการ

1.3.4.2 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับกรอตกแต่งวัสดุอุดฟันชนิดอมัลกัมใช้งานทันตกรรมหัตถการ

1.3.4.3 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับงานบูรณะฟันชนิด Inlay

1.3.4.4 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับงานบูรณะฟันชนิด Veneer

1.3.4.5 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับงานบูรณะฟันชนิด Inlay, Partial และ Full Crown

1.3.4.6 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับงานบูรณะฟันชนิด Ceramic Full Crown ใช้งานทันตกรรมประดิษฐ์

1.3.4.7 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับบูรณะฟันชนิด Full Crown ด้วยเทคนิค Cerec ใช้งานทันตกรรมประดิษฐ์

1.3.4.8 ชุดหัวกรอกากเพชรสำหรับบูรณะฟันชนิด Full Crow ด้วยเทคนิค Geneva ใช้งานทันตกรรมประดิษฐ์

/1.3.4.9 ชุดหัวกรอ...



