

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 134/47 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520 - XX - 248 - 5292

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดวัสดุพิมพ์ปากชนิดรีบเบสเบส
(Syringe for Rubber Base Impression Material)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นกระบอกฉีดวัสดุพิมพ์ปากสำหรับงานครอบฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค กระบอกวัสดุพิมพ์ปาก ทำด้วยโลหะ หรือ พลาสติกสามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดัน หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปลายหัวกระบอกฉีดสามารถแยกออกจากกระบอกฉีดได้ มีลักษณะเป็นกรวยโค้ง ทำด้วยพลาสติก ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้

- | | | |
|-------|---|-------|
| 1.1.1 | กระบอกใส่วัสดุพิมพ์(Syringe)ไม่น้อยกว่า | 1 อัน |
| 1.1.2 | สกรูยึดเคป (Syring screw cap)ไม่น้อยกว่า | 1 อัน |
| 1.1.3 | ก้านอัดวัสดุพิมพ์(Syringe washer)ไม่น้อยกว่า | 1 อัน |
| 1.1.4 | หัวทึบพลาสติก(Syringe plastic tip)ไม่น้อยกว่า | 3 อัน |
| 1.1.5 | แปรงทำความสะอาด(Syringe cleansing brush)ไม่น้อยกว่า | 1 อัน |

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. หญิงดารณี จินดาพล ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ
(ดารณี จินดาพล)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จงกลวรรณ ดันโตทัย ทันตแพทย์กทพ.รร6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(จงกลวรรณ ดันโตทัย)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/357 ลง 7 มิ.ย.47

.....3...../.....มิ.ย...../.....47.....