

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 245/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3730

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวกรอชนิดสตีลสำหรับงานทางทันตกรรม  
( Steel Burs for Dental Use )

หน่วยนับ ตัว/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับกรอกระดูกและกรอแต่งฟันผุ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วย Tungsten-Vanadium Steel หรือ Non-Stainless Materials ที่มีคุณภาพสูง

1.2.2 สามารถทนทานต่อขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนหัวมีหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับตำแหน่งใช้งาน เช่น Round, Fissure, Straight Fissure Tapper, Pear, Inverted Cone และอื่นๆ และแต่ละรูปทรงมีให้เลือกหลายขนาดเช่นกัน

1.3.2 ส่วนก้านมีความยาวให้เลือกหลายขนาด และมีให้เลือก 3 ชนิดตามลักษณะของการใช้งานกับด้ามกรอ คือ ชนิดใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง, ด้ามกรอความเร็วต่ำ และด้ามกรอชนิดตรง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 รูปทรงและขนาดของส่วนหัว, ความยาวของก้านและชนิดการใช้งานกับด้ามกรอ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือ ISO

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง..... ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( ไศภิชฐ์สุตา วีรภิตติ )

3 ก.พ. 2554

