

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 341/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2602

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือตรวจทางทันตกรรม แบบที่ 2
(Dental Diagnosis Instrument Set 2)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตรวจสอบสภาพในช่องปาก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 อุปกรณ์ทุกชิ้นทำด้วยสแตนเลสสตีล หรือโลหะปลอดสนิมอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกัน

1.2.2 สามารถดัดหรือโค้งงอได้น้ำหนักความดัน หรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโดยผิวไม่ถูกกัดกร่อนหรือลอกออก

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ในชุดประกอบด้วย

1.3.1.1	ถาดวางเครื่องมือ ขนาด 9 นิ้ว	1	ใบ
1.3.1.2	แก้วน้ำโลหะ	1	ใบ
1.3.1.3	Explorer ชนิด 2 ปลาย	1	อัน
1.3.1.4	ค้ำกระดูก	1	อัน
1.3.1.5	กระจกชนิด back surface หรือ front surface	1	อัน
1.3.1.6	ที่เก็บสำลี	1	อัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิศุทธิ์ บุตรงาม
(พิศุทธิ์ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.มนตรี ปรีชาวิบูลย์
(มนตรี ปรีชาวิบูลย์)

หน.พบ./ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/1214 ลง 29 ก.ย.51