

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 376/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2499

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อดูดสำหรับเครื่องดูดของเหลวแรงดันสูง
(High Power Suction Tube)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ดูดน้ำลายในปาก โดยต่อกับสายดูดสำหรับเครื่องดูดของเหลวแรงดันสูงของยูนิตทำฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ปลายด้านใหญ่เป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร

1.3.2 มีตุ่มโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 5 มิลลิเมตร เป็นตัวล็อกขณะใช้งาน

1.3.3 ปลายด้านเล็กจะค่อยๆเรียวลงจนสุดปลาย โดยส่วนปลายจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร

1.3.4 ความโค้งงอของท่อ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร หรือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ภัสสร ลาวัณย์ทักษิณ หน.คลัง สป.กทต.รพ.ร.6 / กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(ภัสสร ลาวัณย์ทักษิณ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/564 ลง 20 มิ.ย.48

....19...../.....มิ.ย...../....48.....