

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 096/47 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520 - XX - 248 -5298

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาห้ามเลือดคอลลูมิเนียมคลอไรด์
(Aluminium Chloride Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ร่วมกับด้ายเย็บแผลเพื่อห้ามเลือดสำหรับงานทางทันตกรรม หรือใช้ห้ามเลือดในกรณีรอยเลือดออกขนาดเล็ก ภายในช่องปาก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ยาหลักที่ออกฤทธิ์ในการห้ามเลือด คือ aluminium chloride

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 บรรจุในขวดแก้วสีชาที่มีฝาจุกพลาสติกสำหรับปิดพร้อมแกนพลาสติกสำหรับช่วยควบคุมการหยดยา

1.3.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 13 มิลลิลิตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารแสดงรายละเอียดและวิธีการใช้งาน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ...สาคร คงมั่น.....ผอ. กวก.พบ. / ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ. ...ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./ กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ทหญิง. จงกลวรรณ ดันโตทัย...ทันตแพทย์ กทต.รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(จงกลวรรณ ดันโตทัย)

.....31.../...มี.ค.....47.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/221 ลง 31 มี.ค.47