

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 136/46 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-4888

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุช่วยสมานแผลหลังการผ่าตัดรักษาทางทันตกรรม  
( Periodontal Dressing )

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ปิดสมานแผลหลังการผ่าตัดรักษาทางทันตกรรม

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ เบส และตัวเร่งปฏิกิริยา

1.2.2 ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มผสมจนใช้งานได้ภายใน 1-3 นาที

1.2.3 ระยะเวลาในการทำงาน 10-15 นาที และจะแข็งตัวเต็มที่ภายใน 30 นาที

1.2.4 เมื่อวัสดุแข็งตัวแล้วจะมีความอ่อนนุ่ม ไม่แตกเปราะ ไม่มีส่วนคมที่จะทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อคนไข้ สามารถปั้นแต่งรูปร่างได้ตามต้องการ

1.2.5 ไม่มีส่วนผสมของ eugenol ซึ่งระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นวัสดุสมานแผลที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เบส และตัวเร่งปฏิกิริยา

1.3.2 ส่วนเบส บรรจุในหลอดอะลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 90 กรัม ( 91 มิลลิลิตร )

1.3.3 ส่วนตัวเร่งปฏิกิริยา บรรจุในหลอดอะลูมิเนียม ขนาดบรรจุ 90 กรัม ( 33 มิลลิลิตร )

1.3.4 ทั้งหมดบรรจุในกล่องกระดาษ

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่น

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันส่งของ

3.2 มีเอกสารหนังสือประกอบการแนะนำและใช้งาน 1 ชุด

3.2 มีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน ของกระทรวงสาธารณสุข

## 4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

-----

/คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ศาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ศาคร คงมั่น )

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงพัทยา ปริสวงศ์

ทันตแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( พัทยา ปริสวงศ์ )

...21...../.....มี.ค...../...46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/216 ลง 24 มี.ค.46