

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 320/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2583

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับอัดความดันบอลูนต่างขยาย  
(Inflation device)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับอัดความดันบอลูนสำหรับขยายท่อทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรืออื่นๆ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 อุปกรณ์อัดความดันบอลูนต่างขยายด้วยน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า 20 cc.

1.2.2 แสดงค่าความดันบนหน้าปัดเป็นหน่วยมาตรฐาน คือ atm และ PSI ซึ่งสามารถวัดความดันได้สูงสุด 26 atm หรือ 380 PSI

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 อุปกรณ์สำหรับอัดความดันบอลูนขยาย มีลักษณะคล้ายกระบอกฉีดยา (syringe) มีคัมหมุนสำหรับใส่น้ำเข้าในบอลูนต่างขยาย และมีหน้าปัดสำหรับบอกความดันภายในบอลูน

1.3.2 มีปุ่มกดสำหรับปลดลอคในกรณีใส่น้ำเข้าหรือคูดน้ำออกจากบอลูน

1.3.3 แต่ละชิ้นบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ไขตำลึง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย  
(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงาม  
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม  
(อนันต์ วัฒนธรรม)

อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0404.13/1128 ลง 5 ก.ย.51

1 ก.ย.2551