

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 375/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2890

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเจาะขยายไตผ่านทางผิวหนังพร้อมบล็อกหุ้ม
(Renal Dilator with Sheath Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดเครื่องมือสำหรับใช้เจาะขยายไตผ่านทางผิวหนัง จนถึงกรวยไต สำหรับใส่อุปกรณ์ในการสลายนิ่ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ มีคุณสมบัติลื่นและผิวเรียบ
- 1.2.2 มีรูตรงกลางเพื่อสอดลวดเข้าไปในชุด และมีขีดบอกความลึก
- 1.2.3 ส่วนปลายด้านหนึ่งเรียวเล็ก เพื่อลดแรงเสียดสีในการแทงผ่านทางผิวหนังจนถึงกรวยไต
- 1.2.4 สามารถมองเห็นได้ขณะทำ Ultrasound หรือ ผ่าน X-ray ได้
- 1.2.5 มีลวดนำในการใส่พร้อมบล็อกหุ้ม
- 1.2.6 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1.3.1.1 ชุดเจาะขยายพร้อมลวดนำ
 - 1.3.1.2 บล็อกหุ้ม
- 1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ชัชวาล บุรณรัช)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง อรอนงค์ แสนเจริญ

พยาบาล ร.พ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อรอนงค์ แสนเจริญ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/817 ลง 6 ต.ค.52

6 ต.ค.2552