

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 177/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1959

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ชนิด 4DS
(Stromatolyser-4DS)

หน่วยนับ กล่อง/ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นน้ำยาสำเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่ใช้ย้อมสีเม็ดเลือดขาว มีส่วนประกอบได้แก่

- polymethine dye
- methanol
- ethylene glycol

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.3.2 น้ำยามีอายุ 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว

1.3.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้

1.3.4 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

3.2 มีเอกสารระบุรายละเอียดของน้ำยา วิธีการทดสอบ และการเก็บรักษา

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ

หน.ผชค.กวก.สวพท.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ดวงพร พูลสุขสมบัติ)

10 ต.ค.2549