

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 178/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1960

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดขาวและเบโซฟิล  
(Stromatolyser-FB)

หน่วยนับ กล่อง

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นน้ำยาสำเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดขาวและเบโซฟิล

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่ใช้ล้างเม็ดเลือดขาว มีส่วนประกอบได้แก่

- Non-ionic surfactant
- Organic quaternary ammonium salt

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
- 1.3.2 น้ำยามีอายุ 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว
- 1.3.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้
- 1.3.4 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ในวันส่งของ
- 3.2 มีเอกสารระบุรายละเอียดของน้ำยา วิธีการทดสอบ และการเก็บรักษา

### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ

หน.ผชค.กวก.สวพท.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( ดวงพร พูลสุขสมบัติ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/741 ลง 20 ต.ค.49

10 ต.ค.2549