

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 076/46 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520- XX-248-4602

ชื่อสิ่งอุปกรณ์
ครอบฟันชั่วคราว ทำด้วยโลหะสแตนเลส ชนิดเติม
(Stainless Steel Temporary Crown, Refill Type)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นครอบฟันชั่วคราว สำหรับฟันกรามใหญ่ ทั้งฟันแท้ และฟันน้ำนม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำจากโลหะสแตนเลส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ มีรูปร่างลักษณะคล้ายฟันแท้ มีให้เลือก 2 ชุด ดังนี้

1.3.1 ชุดครอบฟันชั่วคราว สำหรับฟันกรามใหญ่น้ำนม มีขนาดความกว้างของฟัน (mesio-distal width) ดังนี้

1.3.1.1 ฟันกรามใหญ่ น้ำนม ชุดที่ 1 (primary 1st molar)

1.3.1.1.1 upper primary 1st molar ตั้งแต่ 7.2– 9.2 มม.

1.3.1.1.2 lower primary 1st molar ตั้งแต่ 7.3– 9.3 มม.

1.3.1.2 ฟันกรามใหญ่ น้ำนม ชุดที่ 2 (primary 2nd molar)

1.3.1.2.1 upper primary 2nd molar ตั้งแต่ 9.2 –11.2 มม.

1.3.1.2.2 lower primary 2nd molar ตั้งแต่ 9.4 – 11.4 มม.

1.3.2 ชุดครอบฟันชั่วคราว สำหรับฟันกรามใหญ่แท้ชุดที่ 1 มีความกว้างของฟัน (mesio distal width) ดังนี้

1.3.2.1 upper primary 1st molar ตั้งแต่ 10.7-12.8 มม.

1.3.2.2 lower primary 1st molar ตั้งแต่ 10.8-12.8 มม.

1.3.3 บรรจุกล่องละไม่น้อยกว่า 2 ตัวครอบ

1.3.4 ชนิด ขนาด และจำนวน ที่ต้องการจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

/ คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น
(สาคร คงมั่น)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร
(อรรถยุทธ อินทร์วร)

ประจำแผนกพบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/41 ลง 20 ม.ค. 46

...13...../...ม.ค...../...46...