


คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 503/54 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3505
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครอบฟันน้ำนมชนิดโลหะสแตนเลส สำหรับฟันหน้า
(Stainless Steel Crown for Anterior Primary Teeth)
หน่วยนับ ตัว/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ
- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับครอบฟันน้ำนมที่อยู่บริเวณฟันหน้าบนและล่าง
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจาก Stainless Steel
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
- 1.3.1 ครอบฟันมีรูปร่างคล้ายฟันน้ำนม มีให้เลือกอย่างน้อย 4 แบบ คือ
- 1.3.1.1 ครอบฟันน้ำนมสำหรับฟันน้ำนมกลางบน (Central Incisor)
- 1.3.1.2 ครอบฟันน้ำนมสำหรับฟันน้ำนมข้างบน (Lateral Incisor)
- 1.3.1.3 ครอบฟันน้ำนมสำหรับฟันเขี้ยวบน (Upper Cuspid)
- 1.3.1.4 ครอบฟันน้ำนมสำหรับฟันเขี้ยวล่าง (Lower Cuspid)
- 1.3.2 แต่ละแบบมีให้เลือกหลายขนาดตามความกว้างของฟัน
- 1.3.3 บรรจุ 2 ตัวต่อกล่อง หรือจำนวนอื่นๆ
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 3.1 ต้องเป็นของใหม่มีเคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 แบบ ขนาดของความกว้างของฟัน และขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.......... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริมทอง)

พ.อ.......... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิชุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ.หญิง.......... ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(โสภิษฐ์สุตา วีรภิตติ)

13 ต.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/100.6 ลง 17 ต.ค. 54