

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 023/46  
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-4512  
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด  
 (Dental Surgery Instrument Set)  
 หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

### 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผ่าตัดทางทันตกรรม

#### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 เครื่องมือทุกชิ้นตามข้อ 1.3.1 - 1.3.19 ทำด้วยโลหะสแตนเลส
- 1.2.2 กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ (Dental Sterile Container) ตามข้อ 1.3.19 มีคุณสมบัติดังนี้
  - 1.2.2.1 สามารถบรรจุเครื่องมือทั้งชุดโดยใช้งานได้สะดวกและเป็นระเบียบ
  - 1.2.2.2 ภายในมีช่องล็อกเครื่องมือแต่ละชิ้น ให้อยู่กับที่ขณะเคลื่อนย้าย
  - 1.2.2.3 มีช่องโปร่งให้อิอน้ำจากเครื่อง autoclave สามารถแทรกซึมเข้าถึงเครื่องมือได้
- 1.2.3 เครื่องมือทุกชิ้นและกล่องบรรจุเครื่องมือ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการต้ม นึ่งด้วยไอน้ำ ภายใต้แรงดันและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

#### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นชุดเครื่องมือผ่าตัดทางทันตกรรม 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1	Molt Periosteal # P9	หรือ # DO 543 R	1	อัน
1.3.2	Periosteal Retractor #P23	หรือ # DO 553 R	1	อัน
1.3.3	Mallet # MAL 1	หรือ # FL 036 R	1	อัน
1.3.4	Chisel and Gouge # CC8	หรือ # FL 176 R	1	อัน
1.3.5	Chisel and Gouge # CC4	หรือ # FL 112 R	1	อัน
1.3.6	Straight Handpiece#EX-5		1	อัน
1.3.7	Rongeur Forceps # RMF	หรือ # FO 409 R	1	อัน
1.3.8	Tissue Forceps # TP34	หรือ # BD 527 R	1	อัน
1.3.9	Tissue Forceps( ADSON ) #TP 42	หรือ # BD 512 R	1	อัน
1.3.10	Bone File ( MILLER ) # BF 3X	หรือ # DO 772 R	1	อัน
1.3.11	Bone Curette # CL85	หรือ # DO 608 R	1	อัน
1.3.12	Surgical Curette# CM 2/4	หรือ # OL 165 R	1	อัน
1.3.13	Surgical Curette # CM 4	หรือ # FK 300 R	1	อัน

/ 1.3.14 Scalpel

023/46

1.3.14	Scalpel Handle(Blade Holder) No 3	หรือ # BB 073 R	1	อัน
1.3.15	Needle Holder # NHCW	หรือ # BM 235 R	1	อัน
1.3.16	Scissors # S14	หรือ # BC 154 R	1	อัน
1.3.17	Cartridge Syringe		1	อัน
1.3.18	Mouth Gag # MGA ( Adult )	หรือ # OM 041 R	1	อัน
1.3.19	Dental Sterile Container		1	กล่อง

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีป้ายหรือเครื่องหมายการแสดงชื่อชุดของสิ่งอุปกรณ์ติดอยู่บน Dental Sterile Container เห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องวางซ้อนกัน
- 3.2 มีเครื่องหมายการของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ประทับจากโรงงานผู้ผลิตติดอยู่บนผิววัสดุสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.3 มีเอกสารอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข
- 3.4 มีเอกสารรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย หรือ ระหว่างชาติ ISO 9001

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

### คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร ประจำแผนก พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
(อรรถยุทธ อินทร์วร)

-----16-----/-----ม.ค.-----/-----46-----

/คณะกรรมการ...

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ทบ.**

(ลงชื่อ) พล.ต.อนนท์ นอบไทย	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(อนนท์ นอบไทย)	
(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ	ผอ.กกบ.ทบ./กรรมการ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)	
(ลงชื่อ) พ.ท.สถาพร สหวัฒน์	หน.กกบ.ทบ./กรรมการ
(สถาพร สหวัฒน์)	

-----23-----/-----เม.ย.-----/-----46-----

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้ตาม  
อนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขบ.ที่ กบ.ทบ.ที่  
ต่อ กท 0404/6929 ลง 5 มี.ย.46