

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 305/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-247-1357

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียม ( Curettes For Implant )

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 แบ่งเป็นส่วนด้ามจับ และส่วนใช้งาน

1.2.2 ส่วนด้ามจับทำด้วยโลหะปลอดสนิม และส่วนใช้งานทำด้วยโลหะปลอดสนิม หรือเรซิน  
คุณภาพสูง

1.2.3 เครื่องมือสามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการอบด้วยความร้อนภายใต้แรงดันและ  
แช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรืออบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เครื่องมือเกลารากฟันสำหรับรากเทียม แบ่งเป็น

1.3.1 ส่วนด้ามจับ เพื่อให้สะดวกในการใช้งานออกแบบให้มีหลายรูปทรงให้เลือก

1.3.2 ด้ามจับมีสองปลายสามารถถอดเปลี่ยนได้ ภายในส่วนปลายทั้งสองด้านของด้ามจับ  
ออกแบบให้เป็นเกลียวที่สามารถรองรับการหมุนเข้ากับส่วนที่ใช้งานได้อย่างแนบสนิท

1.3.3 ส่วนใช้งานมีสองปลายสามารถถอดเปลี่ยนได้ ปลายด้านหนึ่งมีเกลียวที่สามารถหมุนเข้ากับ  
ส่วนด้ามจับ ปลายอีกด้านหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ออกแบบให้โค้งงอ เพื่อสะดวกในการใช้งาน  
ในบริเวณที่ต้องการ คือ 4R/4L , 204S , H6/H7

1.3.4 ขนาด และเบอร์ที่ต้องการจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง ตามความต้องการของทางราชการ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข  
หรือเทียบเท่า

3.3 มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ. /ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ. /กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ภัตตรา ลาวัณย์ทักษิณ  
(ภัตตรา ลาวัณย์ทักษิณ)

หน.คลัง สป.กทต.รพ.ร.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

11 พ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1001 ลง 9 พ.ย.48