

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 023/52

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-xx-247-0554

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดรักษาคงรากฟัน (Endodontic Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับรักษาคงรากฟัน ในงานทันตกรรมรักษาคงรากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นชุดเครื่องมือรักษาคงรากฟัน ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1 Endodontic Explorer เบอร์ 16	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.2 Endodontic Excavator เบอร์ 31W	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.3 Excavator Glick เบอร์ 2	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.4 Plastic Instrument	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.5 Root Canal Spreader เบอร์ D11T	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.6 Root Canal Spreader เบอร์ D11TS	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.7 Heat Carrier เบอร์ GP2	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.8 Root Canal Plugger เบอร์ 5/7	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.9 Root Canal Plugger เบอร์ 9/11	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.10 Glick Plastic เบอร์ 1	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.11 Cement Spatula ชนิด 2 ปลาย	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.12 Rubber Dam Punch	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.13 Rubber Dam Frame	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.14 Rubber Dam Forceps	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.15 Rubber Dam Clamp	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.16 Aspirate Syringe	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.17 Endostand	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.18 กรรไกรปลายโค้ง	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.19 Finger Ruler	ไม่น้อยกว่า	1	อัน
1.2.20 อุปกรณ์ช่วยในการ X-Ray : Endo Ray	ไม่น้อยกว่า	1	อัน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำจากโลหะปลอดสนิมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3.2 เครื่องมือและกล่องใส่เครื่องมือ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดันไอน้ำได้ (Autoclavable) และ แช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้

/2. การบรรจุ.....

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ในข้อ 1.2.4 , 1.2.15 , 1.2.16 และ 1.2.18 ขนาดจะเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด
- 3.2 ต้องเป็นของใหม่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานและไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทติดกับเครื่องมือสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแฉีตด้าล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตภูมิ เอื้ออำนวย (จิตภูมิ เอื้ออำนวย)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี (พิสุทธิ บุตรงามดี)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อูสา สัจจาปะ (อูสา สัจจาปะ)	หน.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

25 พ.ค.2552

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.มานะชญ์ จันทรร (มานะชญ์ จันทรร)	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ (กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ)	ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรรยา เจียมอ่อน (อรรยา เจียมอ่อน)	ประจำ กทบ.พบ./กรรมการ

1 มิ.ย.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กทบ.
ที่ต่อ กท 0404/6819 ลง 18 มิ.ย.52