

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 190/57 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-4070

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด

หน่วยนับ ชิ้น

# 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด

## 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้เทคนิคการอ่านค่าแบบ Azidemethemoglobin method

1.2.2 ผลิตจาก Polystyrene เคลือบด้วยน้ำยาที่ประกอบด้วยสาร Sodium Deoxycholate, Sodium Nitrite และ Sodium Azide

1.2.3 สามารถใช้ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดฝอยที่ปลายนิ้ว หลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดง โดยใช้เลือดไม่เกิน 10 µl

1.2.4 สามารถเก็บไว้โดยไม่ต้องแช่เย็น ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ มีลักษณะเป็นแผ่น มีส่วนสำหรับจับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

# 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

# 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

# 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.ท.หญิง..... พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( จัฑาภรณ์ บุระโน )

30 เม.ย. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/..... ลง..... 2 พ.ค. 57