

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 036/54

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0762

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี  
(Coronary Pressure Wire)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสายลวด ใช้สำหรับวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารีเพื่อวิเคราะห์ค่าความดันของหลอดเลือดและนำมาใช้วางแผนในการรักษาต่อไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้ระบบ Pressure Sensor ในการวัด โดยตำแหน่งของ Sensor อยู่ห่างจากส่วนปลายของสายลวดไม่น้อยกว่า 3 ซม.

1.2.2 จากส่วนปลายสุดของสายลวดขึ้นอย่างน้อย 3 ซม. มีคุณสมบัติที่บ่งชี้

1.2.3 ส่วน Tip ของปลายสายมีทั้งแบบตรงและแบบโค้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.014 นิ้ว

1.3.2 สายลวดมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 185 ซม. โดยวัดจากส่วนปลายสุดของสายถึงตัวล็อก (Nose)

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุในซองปิดสนิท 1 เส้น ต่อ 1 ซอง และหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยการใช้งานตามมาตรฐานสากล

3.2 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


/คณะกรรมการ...

ว.อ. 



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ทักชิน เจียมทอง )


พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )


พ.อ..........อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
( ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร )

28 เม.ย. 2554

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
( สติธย์ เรืองดิลกรัตน์ )

พ.อ..........ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ  
( ณรงค์ น้อยนารถ )

พ.ท..........หน.กบ.ทบ./กรรมการ  
( ปรีดา เชยคำแหง )

2 พ.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ -  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำยบันทึกรา กบ.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0404/..... 6172 ลง 3 มี.ย. 54