

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 045/45

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-264-4790

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปากคีบจับฉีกเยื่อหุ้มเลนส์แก้วตาแบบ ยูตราทา
(Utrata Capsulorhexis Forceps)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้จับฉีกเยื่อหุ้มเลนส์แก้วตาในการผ่าตัดต้อกระจก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กสแตนเลส

1.2.2 สามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ทั้งการนึ่งด้วยไอน้ำภายใต้ความดัน หรืออบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นปากคีบจับฉีกเยื่อหุ้มเลนส์แก้วตาแบบ ยูตราทา

1.3.2 ปลายด้านหนึ่งเป็นด้ามจับมีลักษณะกลมหรือแบนก็ได้ ปลายอีกด้านหนึ่งใช้จับฉีกเยื่อหุ้มเลนส์แก้วตา
มีลักษณะงอ มีเขี้ยวเล็ก

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ศาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ศาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์ พยาบาลแผนกพยาบาลกิจกรรมพิเศษปฏิบัติหน้าที่
(สมหมาย สัมมาจันทร์) หน.พยาบาลห้องผ่าตัด ร.ร.6/กรรมการ

...2.../..ศ.ค../..45....

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต. อนันต์ นอบไทย ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(อนันต์ นอบไทย)

(ลงชื่อ) พ.อ. กฤษฏา เต็มบุญเกียรติ ผอ.กทบ.ทบ./กรรมการ
(กฤษฏา เต็มบุญเกียรติ)

(ลงชื่อ) พ.ท. สุรชาติ อาภา หน.กทบ.ทบ./กรรมการ
(สุรชาติ อาภา)

...22.../...ต.ค.../..45...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำยบันทึก ฯ กทบ.ทบ. ที่
ต่อ กห 0404/17369 ลง 27 มี.ค. 46