

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 044/45

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-264-4789

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปากคีบจับเนื้อเยื่อกระจกตาแบบ คาสโตรวีโจ
(Castroviejo Suturing Forceps)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้จับเนื้อเยื่อในการเย็บแผลที่กระจกตา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำด้วยเหล็กสแตนเลส สามารถนำไปมาเชื่อมต่อทั้งการนั่งด้วย
ไอน้ำภายใต้ความดัน หรืออบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นปากคีบจับเนื้อเยื่อกระจกตาแบบ คาสโตรวีโจ

1.3.2 ปลายด้านหนึ่งเป็นค้ำจับมีลักษณะแบน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งใช้จับเนื้อเยื่อมีเขี้ยว

ขนาด 0.12 มม.

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ศาคร คงมั่น ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ศาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์ พยาบาลแผนกพยาบาลกิจกรรมพิเศษปฏิบัติหน้าที่
(สมหมาย สัมมาจันทร์) หน.พยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ร.ร.6/กรรมการ

...2.../..ศ.ก../..45....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต. อนันต์ นอบไทย ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(อนันต์ นอบไทย)

(ลงชื่อ) พ.อ. กฤษณา เต็มบุญเกียรติ ผอ.กทบ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณา เต็มบุญเกียรติ)

(ลงชื่อ) พ.ท. สุรชาติ อาภา หน.กทบ.ทบ./กรรมการ
(สุรชาติ อาภา)

...22.../...ค.ค.../..45...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำยบันทึก ฯ กทบ. ท. ที่
ต่อ กท 0404/17369 ลง 27 มี.ค. 46