

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 365/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1417

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าสำหรับผ่าตัดด้วยกล้อง  
(Endoscope Cautery)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เพื่อตัดและจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้าแบบ Monopolar หรือ Bipolar ในการผ่าตัดด้วยกล้อง

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ก้านของเครื่องมือเคลือบด้วยฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า
- 1.2.2 ตัดและจี้ห้ามเลือดได้เฉพาะบริเวณที่ต้องการ โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง
- 1.2.3 ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็น connector เพื่อใช้ต่อกับสายไฟ
- 1.2.4 ด้ามสามารถปรับหมุนได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ใช้เพื่อตัดหรือจี้ห้ามเลือด โดยมีแบบให้เลือก ดังนี้

- 1.3.1 แบบ Monopolar หรือ Bipolar หลายขนาดความยาวให้เลือก จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- 1.3.3 เป็นแบบใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวิ ลือสุทธีวิบูลย์  
(วรรณวิ ลือสุทธีวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้