

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 058/48

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0234

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ
(Coronary Artery Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary bypass surgery)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ชุดเครื่องมือผ่าตัดประกอบด้วย

- 1.2.1 Garrett vascular dilator , ยาว 14 ซม. , ปลายขนาด 1 มม. , ทำด้วย stainless steel จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.2 Garrett vascular dilator , ยาว 14 ซม. , ปลายขนาด 1.5 มม. , ทำด้วย stainless steel จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.3 Garrett vascular dilator , ยาว 14 ซม. , ปลายขนาด 2 มม. , ทำด้วย stainless steel จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.4 Debaquey-Diethrich forceps , ยาว 19.5 ซม. , ปลายขนาด 1 มม. , ค้ามแบน , ทำด้วย stainless steel
จำนวน 3 ชิ้น
- 1.2.5 Micro forceps , ยาว 18 ถึง 18.5 ซม. , ring tip ขนาด 1 มม. , ค้ามกลม , เป็นชนิด counterbalance , ทำ
ด้วย stainless steel จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.6 Diethrich potts scissors , ยาว 18 ซม. ปลายทำมุม 45 องศา , เป็นชนิด supercut ring handle , ทำด้วย
stainless steel จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.7 Micro scissors , spring type , ยาว 21 ซม. , ปลายทำมุม 45 องศา , ค้ามกลม , ทำด้วย stainless steel
จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.8 Micro scissors , spring type , ยาว 20 ถึง 21 ซม. , ปลายทำมุม 125 องศา , ค้ามกลม , ทำด้วย stainless
steel จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.9 Heavy needle holder , spring type with ratchet , ยาว 23 ซม. , straight jaw , ค้ามกลม , เป็นชนิด
streamline titanium จำนวน 1 ชิ้น
- 1.2.10 Micro needle holder , spring type with ratchet ยาว 20.5 ถึง 21 ซม. , straight jaw , ค้ามกลม , เป็นชนิด
streamline stainless steel สำหรับใช้กับ suture ขนาดไม่เกิน 6-0 จำนวน 1 ชิ้น

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นชุดเครื่องมือ ประกอบด้วยเครื่องมือจำนวน 10 ชนิด ประกอบการใช้
งานร่วมกัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล

- 3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อที่อยู่ และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับบรรจุภัณฑ์สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง (ประสงค์ ล้อมทอง)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล (ดารณี จินดาพล)	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ธีรภัทร ศิลารัตน์ (ธีรภัทร ศิลารัตน์)	ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

7 มิ.ย.2548

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.พร้อมพงษ์ พิระบูล (พร้อมพงษ์ พิระบูล)	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุราภิรักษ์ (ธนา สุราภิรักษ์)	ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.ภัทราวุฒิ ชูณหะวัณ (ภัทราวุฒิ ชูณหะวัณ)	รอง ผอ.กอร.กบ.ทบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำยบันที่กทบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/9800 ลง 16 ก.ย.48

21 มิ.ย.2548