

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 396/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-2661

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไปเปิดพลาสติกขนาดต่างๆ

(Transfer pipette)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นไปเปิดพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว

1.1.2 ลักษณะเป็นพลาสติกก้านกลวงยาว ปลายด้านหนึ่งเป็นกระเปาะไว้เพื่อบีบดูดปล่อยน้ำยา

1.1.3 ส่วนก้านมีขีดแบ่งปริมาตร 0.5 มล., 1 มล. หรืออื่นๆ

1.1.4 ขนาดความจุของกระเปาะ 3.5 มล., 5 มล. หรือขนาดอื่นๆ

1.1.5 ขนาดความจุทั้งหมดของไปเปิด 5 มล., 7 มล. หรือขนาดอื่นๆ

1.1.6 ขนาดความจุของกระเปาะ ความจุของไปเปิดและขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ใช้ในการดูดปล่อยน้ำยาในงานทางห้องปฏิบัติการ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และของตัวอย่าง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท. เอกชัย สุนันทารอด หน.ผดล.กธค.สพธ./กรรมการ
(เอกชัย สุนันทารอด)

12 / มิ.ย./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 352 ลง 12 มิ.ย.43