

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 184/57 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-4064

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายลากนิ้วมีบอลลูน ชนิด 3 ช่อง
(Balloon Stone Extractor- 3 Lumens)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสายที่ส่วนปลายเป็นบอลลูนสำหรับลากนิ้วออกจากท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ (Endoscope)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสายที่ทำมาจากพลาสติกทึบ และตัวสายแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (Lumens) สำหรับใส่ลวดนำทาง, ฉีดสารทึบรังสี และเป่าลมเข้าบอลลูน

1.2.2 ส่วนปลายมีบอลลูน เมื่อขยายเต็มทีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 18 มม.

1.2.3 สามารถมองเห็นขีดบอกตำแหน่งปลายของบอลลูนเมื่อ x-ray ผ่าน

1.2.4 สามารถใช้ได้กับลวดนำทางขนาด .035 นิ้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายที่มีส่วนปลายเป็นบอลลูนสำหรับลากนิ้ว เป็นสายกลมและยาว ตัวสายแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ส่วนปลายของหางมีบอลลูน

1.3.2 สายขนาด 7 เฟรนซ์ ปลายเรียวเล็กลงเหลือไม่เกิน 6 เฟรนซ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน ขนาด และความยาวของสาย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ท..... อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6

(อีรนนท์ สรรพจิต) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

13 ก.พ. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 18 ก.พ. 57