

คุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย พ. ที่ 300/31

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ : _____
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ : ท่อให้ออกซิเจน (Oxygen Cannula)
หน่วยนับ : อัน

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นท่อพลาสติกนำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ผู้ป่วย

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 ผลิตจากพลาสติก พีวีซี โชนิกที่ใช้ทางการแพทย์

1.2.2 เป็นชนิดอ่อนนุ่มไม่ทำให้ระคายเคืองต่อโพรงจมูกของคนใช้

1.2.3 มีความยาวไม่ต่ำกว่า 200 ซม.

1.2.4 บรรจุอยู่ในซองกระดาษหรือพลาสติก สำหรับแต่ละท่อพลาสติก

1.2.5 ผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อมาแล้ว

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4. วิธีตรวจสอบ: สอบถามคุณสมบัติเฉพาะ และ ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ทบ.

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ทบ.

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ