

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 442 /43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-2972

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจหารูมาตอยด์แฟกเตอร์โดยวิธีลาเทกซ์
(RF latex kit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูป ประกอบด้วยน้ำยาที่ใช้ในการวิเคราะห์ สามารถใช้ตรวจได้

จำนวน 100 test

1.1.2 ใน 1 ชุด น้ำยาประกอบด้วย

1.1.2.1 RF latex reagent

1.1.2.2 Positive control

1.1.2.3 Negative control

1.1.2.4 Buffer

1.1.2.5 Pipette stirrers /agglutination slide

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ใช้สำหรับวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ของ rheumatoid factor ในน้ำเหลือง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- ใช้หลักการ latex agglutination โดยใช้ น้ำยา RF latex reagent 1 หยด ทำปฏิกิริยากับซีรัม 1 หยด

ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ภายใน 2 นาที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอยู่ภายในกล่องเดียวกัน

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหนังสือคู่มือการใช้งานชุดน้ำยาอยู่ภายในกล่อง จำนวน 1 ชุด

3.2 ระบุ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ	พร้อมพงษ์ พิระบูล (พร้อมพงษ์ พิระบูล)	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)พ.อ	อำนาจ ธรรมจินดา (อำนาจ ธรรมจินดา)	ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง	จิราภรณ์ ชมศรี (จิราภรณ์ ชมศรี)	นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.ร.6/กรรมการ
	22/ พ.ค./43	<div>คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยใช้ตาม อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ. ที่ กท 0446.13/294 ลง 24 พ.ค.43</div>