

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 333/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-2109

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจปราศจากเชื้อ (Sterile Specimen Cup)

หน่วยนับ ใบ , กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจที่ต้องการไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและปราศจากเชื้อจากภายนอกเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นภาชนะทำด้วยพลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีนหรือวัสดุที่ดีกว่า

1.2.2 มีฝาปิดแบบเกลียวเมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วต้องไม่รั่วซึม

1.2.3 มีขีดบอกปริมาตรด้านข้างของกระบอก

1.2.4 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโรค โดยผ่านกระบวนการรังสีแกมมา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นภาชนะรูปทรงกระบอกพร้อมฝาปิดแบบเกลียวสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ

1.3.2 มีความจุหลายขนาดซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง พนารัตน์ แยมแก่นจันทร์ เทคนิคการแพทย์ กสน.รพ.ร.6/

(พนารัตน์ แยมแก่นจันทร์) กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

25 เม.ย.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/308 ลง 27 เม.ย.50