

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 120/47(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5095

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเย็บแผล
(Steel Wire Suture)

หน่วยนับ ชอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เย็บกระดูก sternum ในการผ่าตัดทางศัลยกรรมทรวงอก หรือ ศัลยกรรมกระดูก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วย stainless steel ชนิดเส้นเดี่ยว monofilament ไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกาย

1.2.2 ไม่ละลาย (non-absorbable)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นลวดใช้เย็บกระดูก

1.3.2 ขนาดของเส้น ความยาว หรือขนาดของเข็ม ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ. ศาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ศาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ)พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ)พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์)

.....2...../.....ก.พ...../.....47.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/74 ลง 3 ก.พ.47