

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 125/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3808

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง
(Skin Biopsy Punch)

หน่วยนับ ชิ้น / กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดชิ้นเนื้อบริเวณผิวหนังเพื่อการวินิจฉัยโรค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนปลายเข็มทำจาก Stainless Steel มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มม.

1.2.2 ส่วนด้ามจับเป็นพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.3 ใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการตัดเก็บชิ้นเนื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ มีลักษณะคล้ายด้ามปากกา ประกอบด้วย ส่วนด้ามจับและส่วนปลายเข็ม

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วอยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐาน
ของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดของส่วนปลายเข็มจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ. กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง.....พยาบาล รพ.ร.6

(ปิยฉัตร ลำลึก)

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

17 ธ.ค. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ
ที่ กท 0446.13/1156 ลง 17 ธ.ค. 55