

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 769/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1820

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา
(Internal Chemical Indicator Strip for Hydrogenperoxide plasma)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นแผ่นตรวจสอบทางเคมีเพื่อใช้สำหรับใส่เข้าไปในหีบห่อเพื่อตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นกระดาษที่เคลือบด้วย UV protection ที่ แอบสารเคมีเพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบภายในแต่ละหีบห่อ

1.2.2 แอบสารเคมีอยู่ระหว่างกลางตามความยาวของแผ่นตรวจสอบ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แผ่นตรวจสอบทางเคมีเป็นลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ กว้างxยาว = 1.6x10 ซม.

1.3.2 ขนาดบรรจุและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ปทุมมา จงศิริ
(ปทุมมา จงศิริ)

ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/428 ลง 4 ก.ค.49

3 ก.ค.2549