

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตรวจตา หู แบบวินิจฉัย

หน่วยนับ ชุด

56

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคทางหูและตา บรรจุในกล่องกะทัดรัดน้ำหนักเบา

1.2 ลักษณะเฉพาะ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1 ที่ตรวจตา

1.2.1.1 ใช้หลอดไฟฟ้าโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 โวลต์ จำนวน 1 อัน

1.2.1.2 มี Aperture ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

1.2.1.3 เลนส์ให้เลือก ตั้งแต่ -25 ถึง + 40 Diopter ไม่น้อยกว่า 24 ขนาด

1.2.2 ที่ตรวจหู

1.2.2.1 ใช้หลอดไฟฟ้าโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 โวลต์

1.2.2.2 เป็นระบบไฟเบอร์ออปติก

1.2.2.3 มีเลนส์ สามารถเลื่อนซ้าย-ขวา ได้

1.2.2.4 มี Speculum อย่างน้อย 3 ขนาด

1.2.3 ค้ำมือ (Handle)

1.2.3.1 ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

1.2.3.2 มีสวิทช์เปิดไฟ และสามารถปรับแสงได้ตามต้องการ

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องแข็งแรง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหนังสือคู่มือใช้งาน จำนวน 1 ชุด

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศไทย

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, แบบรูปและतालिका หรือทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ เฉพาะ สป. ของ พบ.

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ