

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 701/43 (พบ.)  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6810-XX-249-3344  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปสำหรับ แอโรบิก แบคทีเรีย (Aerobic culture media)  
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด supplemented tryptic soy
- 1.1.2 มีส่วนประกอบของ complex amino acids, carbohydrate substrates และ 0.035% sodium polyanethol sulfonate
- 1.1.3 มี color-coded label ติดที่ข้างขวด โดยมีแถบ barcode 1 แถบ ที่สามารถลอกออกได้สะดวก สำหรับติดบน record book
- 1.1.4 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 เป็นขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปซึ่งใช้เพาะเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจนจากตัวอย่างเลือด และ body fluids
- 1.2.2 ใช้ Colorimetric technology
- 1.2.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาแบคทีเรียในเลือดแบบอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต และ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ  
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ  
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงสุดาลักษณ์ ฉันทรัชดา หน.แผนกจุลชีววิทยา กพร.รพ.ร.ร.6/กรรมการ  
(สุดาลักษณ์ ฉันทรัชดา)

11 / ส.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก. 11

ที่ กท 0446.13/ 521 ลง 15 ส.ค.43

รับรองถูกต้อง

สว

ร.ต.หญิงสรินทร์ญา ฟิ่งเทียน  
นายทหารเทคนิคการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 299/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1351

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ  
(Susceptibility Cards)

หน่วยนับ การ์ด,แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 เป็นแผ่นทดสอบที่ใช้ในการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ

1.1.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์และทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้  
อยู่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นทดสอบซึ่งประกอบด้วยช่องบรรจุยาต้านจุลชีพต่างๆชนิดบรรจุเสร็จในแต่ละช่องที่ความ  
เข้มข้นต่างๆกัน

1.3.2 ชนิดยาต้านจุลชีพในแผ่นทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อจุลชีพที่ต้องการทดสอบ

1.3.3 แยกบรรจุหีบห่อเป็นแต่ละแผ่นการทดสอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ พ.อ.หญิง อุไรวรรณ แก้วบรร  
(อุไรวรรณ แก้วบรร)

หน.แผนกพยาธิคลินิกและ โลหิตวิทยา กพร.รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

รับรองถูกต้อง

ร.ต.หญิงสรินทร์ญา พึ่งเทียน  
นายทหารเทคนิคการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 300/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1352

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดเชื้อจุลชีพ (Identification Cards)

หน่วยนับ การ์ด,แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 เป็นแผ่นทดสอบที่ใช้ในการจำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพ

1.1.2 สามารถเลือกใช้ชนิดแผ่นทดสอบตามชนิดของเชื้อจุลชีพ

1.1.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์และทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้  
อยู่

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นทดสอบซึ่งประกอบด้วย Biochemical Broths และ Negative Control Broth ในแต่ละช่อง  
(Well)

1.3.2 ชนิดของ Biochemical Test ในแต่ละชนิดของแผ่นทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อจุลชีพ

1.3.3 แยกบรรจุหีบห่อเป็นแต่ละแผ่นการทดสอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคะตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ พ.อ.หญิง อุไรวรรณ แก้วบรร  
(อุไรวรรณ แก้วบรร)

หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร.รพ.รร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

รับรองถูกต้อง

๘

ร.ต.หญิงสรินทรญา พึ่งเทียน  
นายทหารเทคนิคการแพทย์