

แบบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจและควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
(Defibrillator , ECG Monitoring , Recorder and Pacemaker)

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เลขที่ 007/46

บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	เป็นเครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD810G สามารถใช้งานบนอากาศยานที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15,000 ฟุตได้	30			
	1.1 เครื่องมีผ่านการรับรองมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD810G สามารถใช้งานบนอากาศยานที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15,000 ฟุตได้		30		
	1.2 เครื่องไม่มีผ่านการรับรองมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD810G สามารถใช้งานบนอากาศยานที่ความสูงไม่น้อยกว่า 15,000 ฟุตได้		0		
2	มีสัญลักษณ์แจ้งสถานะการพร้อมใช้งานอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตได้ โดยกรณีที่ไม่พร้อมใช้งานจะแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน	30			
	2.1 มีสัญลักษณ์แจ้งสถานะการพร้อมใช้งานอยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตได้ โดยกรณีที่ไม่พร้อมใช้งานจะแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน		30		
	2.2 ไม่มีสัญลักษณ์แจ้งสถานะการพร้อมใช้งานอยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตได้ โดยกรณีที่ไม่พร้อมใช้งานจะแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน		0		
3	Paddle มีแถบสีบอกสถานะและคุณภาพหน้าสัมผัสระหว่าง Paddle กับ ผู้ป่วยได้	20			
	3.1 Paddle มีแถบสีบอกสถานะและคุณภาพหน้าสัมผัสระหว่าง Paddle กับ ผู้ป่วยได้		20		
	3.2 Paddle ไม่มีแถบสีบอกสถานะและคุณภาพหน้าสัมผัสระหว่าง Paddle กับ ผู้ป่วยได้		0		

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
4	หน้าจอสี มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว	20			
	4.1 หน้าจอสี มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว		20		
	4.2 หน้าจอสี มีขนาดหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว		0		
	คะแนนรวม	100			

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE) โดยพิจารณาการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

- 1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
- 2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

พ.ต.....*พ.รณทิวา*.....ประธานกรรมการ
(พ.รณทิวา เคหะฐาน)
ร.อ.หญิง.....*จ.ร.รัตน*.....กรรมการ
(จ.ร.รัตน ไยเกตุ)
ร.อ.....*อ.กิตติ*.....กรรมการ
(อ.กิตติ พงศ์กิตติพร)