

แบบร่างขอขอบเขตของงานในส่วนการจัดทำเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

ชื่อ ชือ ยูนิตทันตกรรม ชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่อลมกลาง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. เลขที่ ที่ 044/48 หมายเลข คผ 6520-M-62-P-1398

บริษัท.....

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE) โดยพิจารณาการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	ข้อเสนอด้านเทคนิค				
1	มีระบบให้แสงสว่าง เป็นชนิดหลอด LED แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อนเป็นชนิดงานสะท้อนทรงกลมโดยงานสะท้อนแสงไร้เงาแม้มีวัตถุบัง	20			
	1.1 มีระบบให้แสงสว่าง เป็นชนิดหลอด LED แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อนเป็นชนิดงานสะท้อนทรงกลมโดยงานสะท้อนแสงไร้เงาแม้มีวัตถุบัง		20		
	1.2 ไม่มีระบบให้แสงสว่าง เป็นชนิดหลอด LED แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อนเป็นชนิดงานสะท้อนทรงกลมโดยงานสะท้อนแสงไร้เงาแม้มีวัตถุบัง		0		
2	อ่างน้ำบ้วนปากเป็นแบบผิวเรียบสามารถถอดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอด มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่างและมีที่กรองวัสดุอย่างหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย	20			
	2.1มีอ่างน้ำบ้วนปากเป็นแบบผิวเรียบสามารถถอดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอด มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่างและมีที่กรองวัสดุอย่างหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย		20		
	2.2 ไม่มีอ่างน้ำบ้วนปากเป็นแบบผิวเรียบสามารถถอดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอด มีท่อน้ำปล่อยน้ำลงในอ่างและมีที่กรองวัสดุอย่างหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย		0		
3	มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย4จุดคือ บริเวณแขนวางด้านผู้ช่วย(assistant arm), พนักพิง,บริเวณฐานเก้าอี้ และบริเวณปลายเท้าเก้าอี้	20			
	3.1 มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย4จุดคือ บริเวณแขนวางด้านผู้ช่วย(assistant arm), พนักพิง,บริเวณฐานเก้าอี้ และบริเวณปลายเท้าเก้าอี้		20		
	3.2 มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางอย่าง 1-3 จุด		10		
	3.3 ไม่มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง		0		



เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา		น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
4	ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เครื่องมือทางการแพทย์ ISO 13485	20			
	4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เครื่องมือทางการแพทย์ ISO 13485		20		
	4.2 ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เครื่องมือทางการแพทย์ ISO 13485		0		
บริการหลังการขาย					
5	บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องได้รับมาตรฐานการบริหารงานทางด้านการออกแบบ ,พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485:2016	20			
	5.1บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องได้รับมาตรฐานการบริหารงานทางด้านการออกแบบ ,พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485:2016		20		
	5.2บริษัทผู้เสนอราคาไม่ได้รับมาตรฐานการบริหารงานทางด้านการออกแบบ ,พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485:2016		0		
คะแนนรวม		100			

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

พ.อหญิง.....สุดา สิริทรัพย์ไพศาล.....ประธานกรรมการ

(สุดา สิริทรัพย์ไพศาล)

พ.ท.หญิง.....[Signature].....กรรมการ

(ทิพาพร จุไรรัตน์พร)

พ.ด.....[Signature].....กรรมการ

(รังสรรค์ ครรภาฉาย)