

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 158/34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวจ่ายอากาศชนิด 2 ทาง ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นหัวจ่ายอากาศชนิด 2 ทาง พร้อมหัวเสียบเข้ากับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

1.1.2 ส่วนของหัวเสียบสามารถต่อเข้ากับ Air Outlet ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมได้

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นหัวจ่ายอากาศ (Air) ซึ่งแยกเป็น 2 ทาง สามารถจ่ายอากาศได้พร้อมกัน 2 จุด

1.2.2 หัวจ่ายอากาศแต่ละหัวมี Check Valve 2 ตัว คือ Primary และ Secondary

1.2.3 ส่วนหัวเสียบ (Adaptor) เข้าเซ็นทรัลไปป์ไลน์ เป็นชนิด Air Quick Connector และสามารถเสียบต่อกับ Air Outlet ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมได้

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.

พ.อ.

พ.อ.

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

อนันต์ ผา.ทบ. หัวหน้ากอง กบ.กบ.

ทักท.0400/9215 ลง 26 ธันวาคม 2550

(ลงชื่อ)

(ชื่อจริง ขวัญ)

(ตำแหน่ง) นายแพทย์ กว.พ.