

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 020/56

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-248-0878

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องดูดน้ำลายทางทันตกรรมเคลื่อนที่ แบบที่ 1

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ดูดน้ำลายในช่องปากขณะปฏิบัติงานทางทันตกรรมเคลื่อนที่ทั้งในและนอกหน่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 เครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ปั๊มลูกสูบ หรือปั๊มโรตารี หรือระบบอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า
- 1.2.2 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 0.09 เมกะปาสคาล
- 1.2.3 มีอัตราการดูดของเหลว (Pumping Rate) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร /นาที่
- 1.2.4 มีระบบป้องกันน้ำล้นเข้าเครื่อง (Overflow Protection)
- 1.2.5 มีมาตรวัดแรงดัน (Pressure Gauge) แบบหน้าปัดยึดติดอยู่ในตำแหน่งด้านบนหรือด้านหน้าของตัวเครื่อง สามารถมองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน
- 1.2.6 เครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเครื่อง
- 1.2.7 เสียงดังขณะเครื่องทำงาน อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 60 เดซิเบล
- 1.2.8 มีที่ยึดขวดแก้วติดกับตัวเครื่อง เพื่อป้องกันขวดแก้วเลื่อนไหลขณะเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง
- 1.2.9 มีมือจับขึ้นสามารถพับเก็บได้ ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน
- 1.2.10 สามารถปรับแรงดูดด้วยปุ่มหมุนที่ตัวเครื่อง
- 1.2.11 มีสวิตช์เปิด/ปิดไฟแสดงสถานะ และควบคุมการทำงานโดยใช้แป้นเหยียบ
- 1.2.12 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นเครื่องดูดน้ำลายชนิดเคลื่อนที่ได้ ตัวเครื่องตั้งอยู่บนฐาน มีล้ออย่างน้อย 4 ล้อ สามารถลากหรือเข็นได้สะดวก และมีน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
- 1.3.2 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน อย่างน้อยดังนี้
 - 1.3.2.1 ขวดแก้วบรรจุของเหลวพร้อมฝาปิดจุกยาง ขนาด 2,500 มิลลิลิตร จำนวน 2 ใบ
 - 1.3.2.2 สายยางสำหรับใช้โยงระหว่างขวดแก้ว (Fuse Tube) จำนวน 1 เส้น
 - 1.3.2.3 สายยางต่อกับท่อดูดน้ำลาย (Suction Soft Tube) จำนวน 1 เส้นความยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นภาษาไทย 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.3 มีเครื่องหมายการหรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล


/4. วิธีการตรวจ...


น.อ. 

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)


พ.ท.หญิง..........หน.ชุด พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อุสา สัจपालะ)

27 ส.ค. 2556

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(รุติภูมิ เอื้ออำนวย)

พ.อ..........ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ..........รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ
(สุธา อุดลย์ฐานานุศักดิ์)

5 ก.ย. 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำยบันทึกร กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/13175 ลง 4 ต.ค. 56