

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ ๓๕๗/๓๖
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
หน่วยนับ ตู้

คุณลักษณะเฉพาะกับแบบที่นำไปใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึก กบ.ทบ.
ที่ กท.0404/ _____ ลง _____
(ลงชื่อ) _____
(ตำแหน่ง) _____

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นตู้สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ

- ๑.๒.๑ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง ๕ - ๓๐ องศาเซลเซียส และมี ความผิดพลาดเคลื่อนที่ไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
- ๑.๒.๒ สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง ๓๐% - ๙๐% เป็น % Relative Humidity (RH) และมี ความผิดพลาดเคลื่อนที่ไม่เกิน ± 0.5 % RH
- ๑.๒.๓ แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้เป็นตัวเลข (Digital) อ่านค่า ได้ละเอียดถึง ๐.๑ องศาเซลเซียส และ ๐.๑% RH
- ๑.๒.๔ โครงสร้างภายในตู้เป็นเหล็กไวสนิมชนิดมัน โครงสร้างภายนอกเป็นเหล็ก เคลือบ และทำสีภายนอกและภายในตู้ด้วยผงพ่นกันการกัดกร่อน
- ๑.๒.๕ ประตูตู้ต้องเปิดออกทางขวาได้
- ๑.๒.๖ มีระบบ Safety control ถ้าอุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้ จะมีสัญญาณเตือน แสงและเสียง
- ๑.๒.๗ มีลิ้นชักเก็บของภายใน ๕ ชั้น
- ๑.๒.๘ มี Compressor ปิดม กับตัวเครื่อง
- ๑.๒.๙ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓๐๐ วัตต์ ๕๐ เฮิรตซ์

๓. การบรรจุและหีบห่อ

การบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของภาวภัณฑ์ผลิต

๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ

มีคู่มือการใช้งานและประวัติการบำรุงเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ
สำหรับ พ.ที่ ๓๕๗/๓๖ จำนวน ๑ ชุด

๕. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบติดตั้งลักษณะและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

ร.ร.

(กอบโชค ทวีใจ)

ประธานกรรมการ

ร.ร.

(ชวรินทร์ ชัยพิพาท)

กรรมการ

ร.ร.

(สุรเดช เวญทิ)

กรรมการ