

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ. ที่ 874/43

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-260-3359
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนหลอดเลือด (Catheter)
หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นสายขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแข็งแรง ทนต่อแรงดึงสูง
- 1.1.2 สามารถควบคุมการบิดได้ตามต้องการ
- 1.1.3 ใช้ร่วมกับเส้นลวดนำ (guide wire) ขนาด 0.035" ได้
- 1.1.4 มีความยาวตั้งแต่ 40 – 100 ซม. จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.5 มีขนาดตั้งแต่ 4 – 6 เฟรนซ์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.6 ส่วนปลายมีลักษณะโค้งแบบต่างๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.7 บรรจุซองละ 1 เส้น
- 1.1.8 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สวนหลอดเลือดไปสู่ตำแหน่งอวัยวะที่ต้องการ เพื่อฉีดสารทึบรังสีในการวินิจฉัยโรค หรือทำรังสีร่วมรักษา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต. บัญชา มนูญญา นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการ
(บัญชา มนูญญา)