

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 008/61

หมายเลข คณ. 6515 - M - 61 - P - 0599

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับวัดบริเวณแขนหรือขา เพื่อห้ามเลือดในขณะทำการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเครื่องวัดห้ามเลือดชนิดใช้กระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor หรือดีกว่า

1.2.2 มีหน้าจอแสดงผลแบบระบบสัมผัส (Touch Screen) หรือดีกว่า สามารถแสดงค่าแรงดันและเวลาในการใช้งาน มองเห็นได้ชัดเจน

1.2.3 สามารถใช้กับแถบรัดห้ามเลือด (Cuff) 2 อัน พร้อมกัน โดยใช้แรงดันที่ต่างกันได้ และแสดงข้อมูลให้เห็นแยกจากกันชัดเจน

1.2.4 สามารถเลือกแถบรัดห้ามเลือดได้ทั้งแบบ Reuseable Cuffs และ Disposable Cuffs เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

1.2.5 มีระบบตรวจสอบความผิดพลาด เมื่อทำการเปิดเครื่อง

1.2.6 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของระดับแรงดัน

1.2.7 สามารถตั้งค่าแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตรปรอท

1.2.8 สามารถตั้งค่าเวลาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที

1.2.9 มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง และมีสัญญาณไฟแสดงเมื่อเครื่องทำงาน

1.2.10 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.2.11 มีแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟทดแทนได้ (Rechargeable Battery) โดยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 เครื่องวัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

1.3.2 แถบรัดห้ามเลือดอย่างน้อย 3 ขนาด ขนาดละ 1 ชุด

1.3.3 สายต่อจากเครื่องวัดห้ามเลือด เพื่อต่อเข้ากับแถบรัดห้ามเลือด จำนวน 2 เส้น

1.3.4 รถเข็น หรือ Mobile Stand สำหรับติดตั้งตัวเครื่องพร้อมตะกร้าใส่อุปกรณ์สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จำนวน 1 ชุด

/2. ตรวจสอบและหีบห่อ ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัทติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น CE, ISO13485 หรืออื่นๆ


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญชทร ทิพย์วงศ์)


พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ. สัสยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วุฒิพงษ์ ชื่นประดับ) - 8 กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ) 22 มี.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/ 3958 ลง 18 เม.ย. 61