

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 315/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
ชื่อสิ่งอุปกรณ์

6640-XX-256-3017

แถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแบบอ่านด้วยเครื่องชนิด 10 การทดสอบ
(Ten-patch test strip)

หน่วยนับ

แถบ, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะชนิด 10 การทดสอบ

1.1.2 มีแถบสำหรับตัดสีของปัสสาวะที่เข้มเกินไป (Compensate Pad)

1.1.3 บรรจุในภาชนะหรือขวดมีสารดูดความชื้นมีฝาปิดสนิท

1.1.4 สามารถอ่านผลสารเคมีได้ 10 การทดสอบ ดังนี้

- Specific gravity

- pH

- Leukocytes

- Nitrite

- Proteins

- Glucose

- Ketones

- Urobilinogen

- Bilirubin

- Blood

1.1.5 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้จุ่มในปัสสาวะเพื่อทดสอบสารเคมี การทดสอบสามารถอ่านผลได้ด้วยเครื่องอ่านแถบทดสอบอัตโนมัติ Miditron M, Miditron Junior, Miditron Junior II หรือ Urilux ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค --

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีสลากระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน


/คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- (ลงชื่อ) พ.อ พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)
- (ลงชื่อ) พ.อ อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)
- (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบวร หมอแผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร. รพ.ร.6/กรรมการ
(อุไรวรรณ แก้วบวร)
16/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/286 ลง 22 พ.ค.43

รับรองถูกต้อง


ร.ท.หญิงสรินทร์ญา พึ่งเทียน
นายทหารเทคนิคการแพทย์