

ผนวก ข.

Price Performance

ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและโรงพยาบาล


เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)


ทางห้องปฏิบัติการพยาธิ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี


เกณฑ์การให้คะแนนด้านประสิทธิภาพ/คุณภาพ คัดนำหน้ากร้อยละ 80	คะแนน	คะแนนที่ได้	เกณฑ์การพิจารณา
1.ระบบ Analytic และการควบคุมคุณภาพ			
1.1 สามารถดูผลคนไข้ (resalt) และ ผล QC จากเครื่องตรวจน้ำตาลได้โดยตรงโดยไม่ผ่าน โปรแกรม หรือ Application	10		สามารถดูผลคนไข้และ QC ได้ที่เครื่อง = 10 ไม่สามารถดูผลคนไข้และ QC ได้ที่เครื่อง = 0
1.2 สามารถระบุตัวตน เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (user) ได้ที่เครื่องตรวจน้ำตาลโดยตรง	10		สามารถระบุตัวตน user ได้ = 10 ไม่สามารถระบุตัวตน user ได้ = 0
1.3 สามารถตรวจสอบอายุการใช้งานของแถบตรวจน้ำตาล และ QC ว่าเป็น Lot ปัจจุบัน หรือเพิ่ม Lot ได้จากเครื่องตรวจน้ำตาล	10		สามารถตรวจสอบ lot และเพิ่ม lot QC ได้ = 10 ไม่สามารถตรวจสอบ lot และเพิ่ม lot QC ได้ = 0
1.4 มีการใช้งานเครื่องและระบบ connectivity ทั้งเครื่อง และ โปรแกรม ในโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ปี ไม่น้อยกว่า 5 โรงพยาบาล	10		มี 5 รพ. = 10 มี 3-4 รพ. = 5 ไม่มี/มี 1-2 = 0
1.5 เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วสามารถปิดกั้นการใช้งานเครื่องมือที่ผล QC ไม่ผ่านและ ไม่ได้ทำ QC ได้	10		ปิดกั้นการใช้งานเครื่องได้ = 10 ไม่สามารถปิดกั้นการใช้งานเครื่องได้ = 0
2.ระบบ IT / และ Support Service			
2.1 บริษัทผู้ขายจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ มีช่างซ่อมบำรุง ประจำเขต และมีบริการ call center ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงและต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	10		มีครบ = 10 ไม่มี/มีไม่ครบ = 0
2.2 โปรแกรม IT ที่ติดตั้งต้องสามารถตรวจสอบผล QC แยกตามเครื่องในแต่ละแผนกได้	10		ตรวจสอบ QC แยกตามแผนกได้ = 0 ตรวจสอบ QC แยกตามแผนกไม่ได้ = 0
2.3 โปรแกรม IT ที่ติดตั้งต้องสามารถสามารถคำนวณ mean , SD , CV แยกตามเครื่องในแต่ละแผนกได้	10		สามารถคำนวณได้ = 5 ไม่สามารถคำนวณได้ = 0

2.4 มีระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผลตรวจของผู้ป่วยโดยผ่านโปรแกรม IT	10	มีระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล = 10	
		ไม่มีระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล = 0	
2.5 มีโปรแกรมระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัด ณ จุดดูแลผู้ป่วย ส่งตรงถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา	10	มีโปรแกรมบริหารจัดการ = 10	
		ไม่มีโปรแกรมบริหารจัดการ = 0	
ราคาที่เสนอ/ Cost effectiveness			
เกณฑ์การให้คะแนนราคาที่เสนอ คำนวณน้ำหนักร้อยละ 20	คะแนน	คะแนนที่ได้	เกณฑ์การพิจารณา
1. ราคาที่นำเสนอตามสูตร $eGP (100 - ((PI - \text{Lowest Price}) / \text{Lowest Price}) * 100) * \% \text{ weight}$	20		

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงลงลายมือเป็นหลักฐาน

พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ
(กัญญรัตน์ คำเพราะ)

ร.ท.หญิง  กรรมการ
(สรินทร์ญา พึ่งเทียน)

ร.ท.หญิง  กรรมการ
(อังคณา จ้อยบรรดิษฐ์)