

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 304/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6830-XX-247-3101

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แก๊สสำหรับฉีดเข้าในลูกตา

(Multidose Arceole)

หน่วยนับ กล่อง

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ฉีดเข้าตาผู้ป่วยขณะผ่าตัดโรคจอประสาทตาหลุดลอก หรือผ่าตัดลูกตาส่วนหลัง

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

1.2.2 เมื่อฉีดเข้าในตาแล้วจะไม่ทำปฏิกิริยา และจะค่อยๆ สลายไปในกระแสโลหิต และระบบหายใจ

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีให้เลือกใช้ 3 ชนิด เป็นอย่างน้อย คือ Sulfurhexachloride (SF6) Hexafluorohexane (C2F6) และ Octafluoropropane (C3F8)

1.3.2 บรรจุในภาชนะทรงกระบอก ปราศจากเชื้อ

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ขนาดและชนิดของแก๊ส จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงบุญอนอม สุตะพันธ์

หน.พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ ร.ร.ร.6

( บุญอนอม สุตะพันธ์ ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

8 ต.ค.53

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/846 ลง 11 ต.ค.53