

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 764/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-1816

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส (Bedside Staless)

หน่วยนับ ตู้

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ตู้ข้างเตียงสแตนเลส ใช้สำหรับเก็บของของผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้างทำด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 มีคุณสมบัติแม่เหล็กดูดไม่ติด ไม่เป็นสนิม ทนต่อกรด ด่าง และสารเคมี หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.

1.2.2 ด้านบนมีขอบกันของตก สูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. ทั้ง 3 ด้าน

1.2.3 มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก ลิ้นชักทำด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304

1.2.4 รางลิ้นชักทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

1.2.5 ด้านล่างมีประตูปิด-เปิด 1 บาน ภายในมีชั้น 1 ชั้น ทำด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.

1.2.6 มีบานพับประตูทำด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 ชนิดยาวตลอดแนวประตู

1.2.7 ใต้อ่างหมุนรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ซม. จำนวน 4 ล้อ หรือขาสวมลูกยาง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตู้เก็บของชนิดทำด้วยสแตนเลสแบบตั้งพื้นมีล้อ 4 ล้อ เจนไปมาได้สะดวก

1.3.2 ขนาดของตู้ 45x60x85 ซม. (ความสูงรวมล้อ)

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ (สติ๊กเกอร์) ติดกับตู้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.สุระ ภาวิงคะนันท์
(สุระ ภาวิงคะนันท์)

นายทหารพยาบาล กจว.รพ.ร.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้