

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 022/41

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-2514

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือถ่างสำหรับผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบเวตแลนเนอร์
(Thyroid self retaining retractor, Weitlaner)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นเครื่องมือถ่างบริเวณทำผ่าตัดต่อมไทรอยด์ แบบ Weitlaner ทำด้วยเหล็กสแตนเลส

1.1.2 ส่วนปลายมีฟันถ่าง (prongs) 2 แบบดังนี้

1.1.2.1 แบบฟันถ่าง 3 x 4 ซี่

1.1.2.2 แบบฟันถ่าง 2 x 3 ซี่

1.1.3 มีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกดังนี้

1.1.3.1 แบบฟันถ่าง 3 x 4 ซี่

1.1.3.1.1 ความยาวประมาณ 5 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 2 1/4 นิ้ว ปลายฟันถ่างแหลม

1.1.3.1.2 ความยาวประมาณ 5 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 2 1/4 นิ้ว ปลายฟันถ่างมน

1.1.3.1.3 ความยาวประมาณ 6 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 4 นิ้ว ปลายฟันถ่างแหลม

1.1.3.1.4 ความยาวประมาณ 6 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 4 นิ้ว ปลายฟันถ่างมน

1.1.3.1.5 ความยาวประมาณ 7 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 5 นิ้ว ปลายฟันถ่างแหลม

1.1.3.1.6 ความยาวประมาณ 7 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 5 นิ้ว ปลายฟันถ่างมน

1.1.3.1.7 ความยาวประมาณ 9 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 5 3/4 นิ้ว ปลายฟันถ่างแหลม

1.1.3.1.8 ความยาวประมาณ 9 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 5 3/4 นิ้ว ปลายฟันถ่างมน

1.1.3.2 แบบฟันถ่าง 2 x 3 ซี่

1.1.3.2.1 ความยาวประมาณ 4 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 2 1/4 นิ้ว ปลายฟันถ่างแหลม

1.1.3.2.2 ความยาวประมาณ 4 1/2 นิ้ว ถ่างได้กว้างประมาณ 2 1/4 นิ้ว ปลายฟันถ่างมน

1.1.3.3 ขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้ถ่างบริเวณผ่าตัด ในการทำผ่าตัดต่อมไทรอยด์

1.2.2 สามารถถ่างและล็อกให้อยู่กับที่ได้ (self retaining)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ บริษัทผู้ผลิตดำเนินการจัดจำหน่ายเอง มีศูนย์บริการซ่อมแซมและตรวจสภาพของตนเอง
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

- (ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)
- (ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)
- (ลงชื่อ) พ.ต.ไชย หว่างสิงห์ ประจำแผนก พบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ไชย หว่างสิงห์) หน.ความต้องการ กกบ.พบ./กรรมการ
- ..26./...พ.ย.../...41.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- (ลงชื่อ) พล.ต.ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ)
- (ลงชื่อ) พ.อ.ทรงเกียรติ ส่องเจริญ ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ทรงเกียรติ ส่องเจริญ)
- (ลงชื่อ) พ.ท.ภูวนารถ ชมพูนุตร หน.กกบ.ทบ./กรรมการ
(ภูวนารถ ชมพูนุตร)
- ..4./...ธ.ค...../...41.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ ก ๑ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/2738 ลง 20 พ.ค.42