

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 207/63 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 0107

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายช่วยหายใจพร้อมถุงดมยาสลบ ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Breathing Bag Set, Disposable)

หน่วยนับ อัน, ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องดมยาสลบ สำหรับควบคุมการดมยาสลบในผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ท่อ ทำจากพลาสติกชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

1.2.3 ถุงดมยาสลบ ทำจากยางปราศจากสารลาเท็กซ์ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้

1.3.1 ท่อพลาสติก มีลอนคลื่นตลอดเส้น มีความยาวไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร

1.3.2 ปลายท่อด้านเข้าเครื่องดมยาสลบ มีข้อต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.3 ขนาดความยาวของท่อ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สายช่วยหายใจพร้อมถุงดมยาสลบ ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Breathing Bag Set, Disposable)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..........วิสัญญีแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(กฤษณะ นองเนื่อง)

- 1 ก.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

13 ก.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ชก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/1060... ตง.๒.๑.๑.๖๓